

Besondere Bedingung Nr. 1631

Endoskopiegeräte

- Endoskopiegeräte sind während der gesamten Untersuchung gegen Bisschäden zu sichern.
- Nur im nicht abgewinkelten Zustand des Endoskops darf Zubehör (z.B. Zangen, Sonden) eingeführt werden.
- Der manuelle Dichtigkeitstest ist generell vor jeder Hauptreinigung entsprechend der Bedienungsanleitung durchzuführen.
- Im übrigen sind die jeweiligen Herstellerrichtlinien für Bedienung, Pflege und Aufbewahrung einzuhalten.